



Мінекономрозвитку України
ООВ «Метрологія»
ННЦ «Інститут метрології»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Виданий:

Issued to:

Приватне підприємство «НВП «Спаринг-Віст Центр»,
33, вул. Володимира Великого, м. Львів, 79026, Україна;
код ЄДРПОУ 22362867

Відповідно до:

In accordance with:

Додаток 3, розділ «Процедури оцінки відповідності» Модуль F
(відповідність типу за результатами перевірки засобів вимірювальної
техніки) Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, затвердженого Постановою КМУ № 94
від 13 січня 2016 р.

Тип

**приладу/засобу
вимірювальної
техніки:**

*Type of measuring
instrument:*

Дозиметр гамма-випромінення індивідуальний ДКГ-21

Позначення типу:

Type designation:

ДКГ-21

**Номер
сертифіката
перевірки типу:**

*Number of type
examination certificate:*

№ UA.TR.113-0347-19 від 27 березня 2019 р.

**Кількість
сторінок:**

Number of pages:

02

**Номер для
посилань:**

Reference Number:

№ UA.TR.113-0347/01F -19

**Номер
призначеного
органу:**

*Number of Designated
body:*

UA.TR.113

Дата видачі:

Date of issue:

27.03.2019

Чинний до:

Valid until:

26.03.2020

**Керівник органу з оцінки
відповідності**

*Director of the conformity assessment
body*

(підпис/signature)

Орган з
оцінки
відповідності
№02568325

І.І. Неєжмаков

(ініціали, прізвище/
initials, family name

М.П./ Stamp

Даний сертифікат відповідності може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката
можливо лише з письмової згоди Призначеного органу, що його видав. Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.

Адреса: вул. Миросицька, 42, м. Харків, Україна, 61002

Телефон: +38 057 704-98-49 факс: +38 057 700-34-47 ел. пошта: os_096@metrology.kharkov.ua web-сайт: http://www.metrology.kharkov.ua

002650

Застосовні стандарти: ДСТУ 7215:2011 «Дозиметри рентгенівського та гамма-випромінення індивідуальні електронні. Класифікація й загальні технічні вимоги».
Applicable standards: ГОСТ 27451-87 «Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия».

1 Результат:

Result:

За результатами проведених досліджень та випробувань встановлено, що дозиметри гамма-випромінення індивідуальні ДКГ-21 та ДКГ-21М із зазначеним у пункті 2 цього сертифіката заводськими номерами відповідають затвердженому типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, та застосовним вимогам Технічного регламенту.

Для перевірки відповідності дозиметрів гамма-випромінення індивідуальних ДКГ-21 та ДКГ-21М таким вимогам були проведені випробування, викладені в п.п. 4.6, 4.10, 4.11 і 4.13 ГОСТ 27451-87, зокрема:

- перевірка діапазону вимірювань потужності індивідуального еквівалента дози (ПЕД) гамма-випромінення;
- перевірка границі допустимої основної відносної похибки при вимірюванні ПЕД гамма-випромінення за довірчою імовірністю 0,95;
- перевірка діапазону вимірювань індивідуального еквівалента дози (ІЕД) гамма-випромінення;
- перевірка границі допустимої основної відносної похибки при вимірюванні ІЕД гамма-випромінення за довірчою імовірністю 0,95;
- перевірка діапазону енергій гамма-випромінення, що реєструється;
- перевірка енергетичної залежності при вимірюванні ПЕД та ІЕД гамма-випромінення в діапазоні енергій від 0,05 МеВ до 1,25 МеВ відносно енергії 0,662 МеВ;
- перевірка анізотропії при падінні гамма-квантів в тілесному куті $\pm 60^\circ$ відносно основного (перпендикулярного до передньої панелі дозиметра) напрямку вимірювань для радіонуклідів ^{137}Cs , ^{60}Co та ^{241}Am ;
- перевірка нестабільності показів протягом 8 годин безперервної роботи.

Номер протоколу № 6/0347.П.546.В/03-19

випробувань:
Number of test report:

Дата протоколу 22.03.2019 р.

випробувань:
Date of test report:

**2 Заводський(-)
і/серійний(-) номери:** Дозиметри гамма-випромінення індивідуальні ДКГ-21,
зав. №№ 1800406, 1800410 і 1800415.
Item/serial numbers: Дозиметри гамма-випромінення індивідуальні ДКГ-21М,
Зав. №№ 1800553, 1800558 і 1800560.

3 Додаткова інформація:

Additional Information:

Замовник робіт – Приватне підприємство «НВП «Спаринг-Віст Центр»,
33, вул. Володимира Великого, м. Львів, 79026, Україна; код ЄДРПОУ 22362867.

код ДКПП продукції – 26.51.41.

