



Мінекономіки України
ООВ «Метрологія»
ННЦ «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ»
Акредитований Національним Агентством з акредитації України,
Атестат про акредитацію № 10251 від 15 червня 2021 р.

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Виданий:
Issued to:

Приватне підприємство «НВПП «Спаринг-Віст Центр»,
33, вул. Володимира Великого, м. Львів, 79026, Україна;
код ЄДРПОУ 22362867

Відповідно до:
In accordance with:

Додаток 3, розділ «Процедури оцінки відповідності» Модуль F
(відповідність типу за результатами перевірки засобів вимірювальної
техніки) Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки, затвердженого Постановою КМУ № 94
від 13 січня 2016 р.

**Тип
приладу/засобу
вимірювальної
техніки:**

*Type of measuring
instrument:*

Дозиметри електронні персональні

Позначення типу:
Type designation:

ЕПД-27, модифікації ЕПД-27 «DoseG» і ЕПД-27 «DoseGX»

**Номер
сертифіката
перевірки типу:**
*Number of type
examination certificate:*

№ UA.TR.113-0679-21 від 31 грудня 2021 р.

**Кількість
сторінок:**
Number of pages:

02

**Номер для
посилань:**
Reference Number:

113-0679/01F-21

**Номер
призначеного
органу:**
*Number of Designated
body:*

UA.TR.113

Дата видачі:
Date of issue:

31.12.2021

Чинний до:

30.12.2022

**Керівник органу з оцінки
відповідності**
*Director of the conformity assessment
body*

Даний сертифікат відповідності може бути відтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката
можливо лише з письмової згоди Призначеного органу, що його видав. Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.

Адреса: вул. Миросицька, 42, м. Харків, Україна, 61002

Телефон: +38 057 704-98-49 факс: +38 057 700-34-47 ел. пошта: os_096@metrology.kharkov.ua web-сайт: http://www.metrology.kharkov.ua



Павло НЕСЖМАКОВ

(ініціали, прізвище/
initials, family name

М.П./ Stamp

009049
009600

Застосовні стандарти:
Applicable standards:
ДСТУ 7215:2011 «Дозиметри рентгенівського та гамма-випромінення індивідуальні електронні. Класифікація й загальні технічні вимоги»;
ГОСТ 27451-87 «Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия»;
ДСТУ 7363:2013 «Метрологія. Програмне забезпечення засобів вимірювальної техніки. Загальні технічні вимоги»

1 Результат:

Result:

За результатами проведених досліджень та випробувань встановлено, що дозиметри електронні персональні ЕПД-27, модифікації ЕПД-27 «DoseG» і ЕПД-27 «DoseGX» із зазначеними у пункті 2 цього сертифіката заводськими номерами відповідають затвердженому типу, описаному в сертифікаті перевірки типу, та застосовним вимогам Технічного регламенту.

Для перевірки відповідності дозиметрів електронних персональних ЕПД-27, модифікації ЕПД-27 «DoseG» і ЕПД-27 «DoseGX» таким вимогам були проведені випробування, викладені в ГОСТ 27451-87, ГОСТ 22261-94, ДСТУ 7363:2013, зокрема:

- п. 7.1 ГОСТ 22261-94 – пломбування комплектність та маркування;
- п. 4.6 ГОСТ 27451-87 – діапазон вимірювань та індикації ПШЕД гамма-випромінення;
- п. 4.6 ГОСТ 27451-87 – діапазон вимірювань та індикації ПШЕД рентгенівського випромінення;
- п. 4.6 ГОСТ 27451-87 – границя допустимої основної відносної похибки при вимірюванні ПШЕД гамма-випромінення при градуюванні за ^{137}Cs за довірчою імовірністю 0,95;
- п. 4.6 ГОСТ 27451-87 – діапазон вимірювань та індикації ІЕД гамма-випромінення;
- п. 4.6 ГОСТ 27451-87 – діапазон вимірювань та індикації ІЕД рентгенівського та гамма-випромінення;
- п. 4.6 ГОСТ 27451-87 – границя допустимої основної відносної похибки при вимірюванні ІЕД гамма-випромінення при градуюванні за ^{137}Cs за довірчою імовірністю 0,95;
- п. 4.11 ГОСТ 27451-87 – діапазон енергій гамма-випромінення, що реєструється;
- п. 4.11 ГОСТ 27451-87 – діапазон енергій рентгенівського випромінення, що реєструється;
- п. 4.11 ГОСТ 27451-87 – контролювання енергетичної залежності при вимірюванні ПШЕД та ІЕД гамма-випромінення;
- п. 4.11 ГОСТ 27451-87 – контролювання енергетичної залежності при вимірюванні ПШЕД та ІЕД рентгенівського випромінення;
- п. 4.13 ГОСТ 27451-87 – нестабільність показів дозиметра протягом 8 год безперервної роботи;
- п. 5.2, п. 5.3 – випробування програмного забезпечення (ПЗ).

Номер протоколу випробувань: № 6/0679.П.525.В/11-21

Number of test report:

Дата протоколу випробувань: 22.11.2021

Date of test report:

2 Заводський(-і)/серійний(-і) номери:
Item/serial numbers:
Дозиметри електронні персональні ЕПД-27 «DoseG»,
зав. №№ 2100004, 2100005, 210006 (3 шт.) з вбудованим ПЗ версії Р.2.0.1;
Дозиметри електронні персональні ЕПД-27 «DoseGX»,
зав. №№ 2100003, 2100004, 210005 (3 шт.) з вбудованим ПЗ версії Р.2.1.0.
Загальна кількість: 6 шт.

3 Додаткова інформація:

Additional Information:

Замовник робіт – Приватне підприємство «НВПІ «Спаринг-Віст Центр»,
33, вул. Володимира Великого, м. Львів, 79026, Україна;
код ЄДРПОУ 22362867
Код ДКПП продукції – 26.51.41



009050