



Radiation Measurement Instruments
Засоби радіаційного контролю

DECLARATION OF CONFORMITY

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ



We, manufacturer: PE "SPPE "Sparing-Vist Center"

33 Volodymyr Velyky Str., Lviv, 79026 Ukraine

declare under our sole responsibility, that the product

DKG-21 M Personal Gamma Radiation Dosimeter.

Trade mark: ECOTEST to which this declaration relates,
is in conformity with the following standards:

Ми, виробник: ПП "НВПІ "Спаринг-Віст Центр"

заявляємо під свою відповідальність, що виріб

Дозиметр гамма-випромінювання індивідуальний

ДКГ-21 М. Торгова марка: **ЕКОТЕСТ** згідно з даною
декларацією відповідає наступним стандартам:

ДСТУ EN 61326-1:2016 Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування.

Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61326-1:2013, IDT). (Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements)

ДСТУ IEC 61000-4-2:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання.

Випробування на несприйнятливості до електростатичних розрядів (IEC 61000-4-2:2001, IDT). (Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test)

ДСТУ IEC 61000-4-3:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання.

Випробування на несприйнятливості до радіочастотних електромагнітних полів випромінювання (IEC 61000-4-3:2006, IDT). (Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3: Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test)

ДСТУ EN 61000-4-8:2012 Електромагнітна сумісність. Частина 4-8. Методики випробування та вимірювання.

Випробування на несприйнятливості до магнітних полів частоти мережі (EN 61000-4-8:2010, IDT). (Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-8: Testing and measurement techniques - Power frequency magnetic field immunity test)

ДСТУ EN 61010-1:2014 Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 1. Загальні вимоги (EN 61010-1:2010, IDT). (Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use. Part 1. General requirements)

in accordance with

EMC-directive 2014/30/EU and RoHS-directive 2011/65/EU

The tests for compliance with stated

above standards have been conducted at:

у відповідності з умовами

Випробовування на відповідність

вищезазначеним стандартам проводились:

Test Report, report id.: SPA-20070504-R1 in compliance with EN61326:1997 A1/A2/A3 Emission: Class A&B,
Immunity: Up to industrial locations EN60601-1-2:2001, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-8,
at **BICON EMC-laboratories**

Test Report: No 19-10/10 (20.02.2019)

(Протокол № 19-10/10 від 20.02.2019 р. випробувань дозиметрів гамма-випромінювання індивідуальних
ДКГ-21 і ДКГ-21М на відповідність вимогам безпечності згідно з ДСТУ EN 61010-1:2014)

State Enterprise Certification Metrological Testing Centre LORTA

(Державне підприємство "Сертифікаційно-метрологічний випробувальний центр ЛОРТА")

1 Patona str., Lviv, 79601, Ukraine

Manufacturer/Виробник:

Lviv, November 19, 2019

Y. Storonskyi
Director

м. Львів, 19 листопада 2019р.

Ю. Сторонський
Директор

