



Radiation Measurement Instruments
Засоби радіаційного контролю

DECLARATION OF CONFORMITY

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ



We, manufacturer: PE "SPPE "Sparing-Vist Center"

33 Volodymyr Velyky Str., Lviv, 79026 Ukraine

declare under our sole responsibility, that the product
DKG-24 "PRD GUARDER" personal radiation
dosimeter. Trade mark: ECOTEST
to which this declaration relates, is in conformity
with the following standards:

Ми, виробник: ПП "НВПІП "Спаринг-Віст Центр"

заявляємо під свою відповідальність, що виріб
Дозиметр радіаційний персональний ДКГ-24
«PRD GUARDER». Торгова марка: ЕКОТЕСТ
згідно з даною декларацією відповідає
наступним стандартам:

- IEC 61326-1 Electrical equipment, control and laboratory use – EMC requirements.
CISPR 11 Conducted Emissions – (Group 1, Class B); Radiated Emissions – (Group 1, Class B).
IEC 61000-4-2 Immunity to Electrostatic Discharges: ESD Air 8 kV – (Criterion A); ESD Contact 4 kV – (Criterion B).
IEC 61000-4-3 Immunity to Radio Frequency Electromagnetic Fields – (Criterion A):
10 V/m 80 – 1000 MHz;
3 V/m 1400 – 2000 MHz;
1 V/m 2000 – 2700 MHz.
IEC 61000-4-8 Immunity to Power-Frequency Magnetic Fields – (Criterion A), 30 A/m, 50 and 60 Hz.
IEC 61010 -1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use.
ETSI EN 301 489-1 V.2.2.3(2019-11) Electromagnetic Compatibility(EMC) standart for radio equipment and services.
ETSI EN 301 489-17 V.3.2.4(2020-09)(cl. 9.2, 9.3) Electromagnetic Compatibility(EMC) standart for radio equipment and services (Criterion A).
ETSI EN 300 328 V.2.2.2(2019-07)(cl. 4.3.1.10, 4.3.1.11) Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band; Harmonised Standard for access to radio spectrum.

in accordance with

EMC-directive 2014/30/EU, RED-directive 2014/53/EU and RoHS-directive 2011/65/EU

The tests for compliance with stated

above standards have been conducted at:

у відповідності з умовами

Випробовування на відповідність

вищезазначеним стандартам проводились:

UkrTEST of Ukmetrteststandart

4 Metrologichna str., Kyiv, 03143, Ukraine

Report Reference No 0112/1-5-2023, 0112/2-5-2023, 0113-1-2023, 0170-4-2023

Manufacturer/Виробник:

Lviv, March, 2023

Y. Storonskyi

Director

м. Львів, березень 2023р.

Ю. Сторонський

Директор

